

Adásvételi Szerződés

amely létrejött egyrészről a

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.

adószáma: 18159422-2-42

bankszámlaszáma: 10032000-00286325-00000017

cégjegyzékszám: 01-09-919878

képviseli: Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető

mint Vevő (továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a(z)

Anamed Kft.

1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

adószáma: 10737956-2-42

bankszámlaszáma: 10402283-50526766-72691008

cégjegyzékszám: 01-09-164933

képviseli: Virág Krisztina cégvezető

mint Eladó (továbbiakban: **Eladó**)

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

PREAMBULUM

A **Vevő** (mint ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján uniós nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le „**endoszkópos torony és kiegészítők beszerzése**” tárgyában. **Eladó** (mint ajánlattevő) részt vett a közbeszerzési eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján, Vevő döntése szerint ezen eljárást megnyerte.

A fentiek alapján az ajánlati dokumentációban rögzített feltételeknek eleget téve **Felek** az alábbi szerződést kötik:

1. A szerződés tárgya

- 1.1. A szerződés tárgya a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott minőségű

a szombathelyi teljesítési hely vonatkozásában:

1 db endoszkópos torony, amelynek elemei

1 db központi vezérlő egység (processzor)

2 db monitor

1 db fényforrás

2 db videogasztroszkóp

2 db videokolonoszkóp

1 db készülék állvány

1 db nagynyomású öblítő pumpa

1 db CO2 inszuflátor

Handwritten signature

Handwritten marks

1 db nagyfrekvenciás vágó
1 db mobil váladékszívó
+ tartozékok (összesen 113 db) a műszaki leírásban meghatározottak szerint

a szegedi teljesítési hely vonatkozásában:
tartozékok (összesen 4 db) a műszaki leírásban meghatározottak szerint

(a továbbiakban: **Áru**) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása), továbbá (amennyiben az adott termék esetében értelmezhető és releváns) telepítése, üzembe helyezése, felhasználók betanítása, garanciális ideje alatti kötelező karbantartások elvégzése.

- 1.2. Az **Árunak** meg kell felelnie a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt műszaki leírásnak, valamint az **Eladó** által az ajánlatában benyújtott műszaki dokumentumokban rögzített jellemzőknek, illetve paramétereknek, feltételeknek. Az **Eladó** (mint ajánlattevő) ajánlatban benyújtott felolvasólapot jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza, amellyel a szerződés eleget tesz a Kbt. 131. § (2) bekezdésében foglaltaknak.
- 1.3. (Amennyiben az adott termék esetében értelmezhető és releváns) az **Eladó** az eszköz(ök) használatának oktatását a **Vevővel** egyeztetett helyen, időben és módon végzi. **Vevő** köteles az **Eladót** az oktatás időpontját megelőző 8 munkanappal írásban értesíteni. A betanításhoz szükséges tananyagot az **Eladó** a **Vevő** rendelkezésére bocsátja (lehetőség szerint elektronikusan is), **Eladó** a felhasználók oktatásához ésszerűen szükséges példányban sokszorosítja legkésőbb az oktatások kezdési időpontjára minden oktatásban résztvevő felhasználó részére.

2. Vételár

- 2.1 A **Vevő** által a szerződés ellenértékeként az **Eladónak** fizetendő összeg:

nettó 94 397,- € + Áfa, azaz nettó kilencvennégyezer-háromszázkilencvenhét Euro + Áfa

A vételár megfizetése HUF-ban történik a teljesítés napján érvényes MNB devizaárfolyamon.

Az Áfa a mindenkor érvényes mérték szerint értendő.

A tételes ártáblázatot a melléklet tartalmazza.

- 2.2 A számla benyújtható az eszköz leszállítását, (amennyiben az adott termék esetében értelmezhető és releváns: telepítését, üzembe helyezését, betanítását) és átvételét követően. Az eszköz árát jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A számlát a 4. pont szerinti teljesítési hely nevére és címére kell kiállítani. Az **Eladó** a számlán köteles feltüntetni az eljárás azonosító számát (PTS-243).

3. Fizetési mód



- 3.1. A **Vevő** az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követően az általa igazolt teljesítés alapján, átutalással, az **Eladó** által kiállított számla ellenében fizeti meg a fenti 2.1. pont szerinti vételárát az **Eladó K&H Bank Zrt.** banknál vezetett 10402283-50526766-72691008 számú számlájára a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak szerint a számla kiállításától számított 30 napon belül. A fizetési esedékesség **Eladó** által a **Vevőnek** igazoltan, egyidejűleg átadott áruszámla és átvételi elismervény dátumától kezdődik.
- 3.2. Az **Áru** tulajdonjoga a vételár teljes kifizetése (az az időpont, amikor **Vevő** bankja által átutalt összeg **Vevő** bankja által **Vevő** számláján terhelésre kerül) után száll át **Vevőre**.
- 3.3. **Vevő** késedelmes fizetése esetén **Eladó** a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

4. Teljesítési hely

Az 1.1 pontban meghatározott megosztás szerint:

Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Szombathelyi Egészségügyi Központ, 9700 Szombathely, Garai út 5.

Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Szegedi Egészségügyi Központja, 6726 Szeged, Csanádi u. 34/A

5. Szállítási feltételek és határidők

- 5.1. Teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépésétől számított 30 munkanap, azaz 2020. január 29.

Eladó előteljesítésre csak a Vevő írásos beleegyezése alapján jogosult.

- 5.2. Az **Árunak** a teljesítési helyig történő szállításáért, biztosításáért az **Eladó** külön díjazást nem igényelhet.
- 5.3. Az **Eladó** az **Árunak** a teljesítési helyre eljuttatásához alkalmas fuvarozási módot kell választania, és kellő gondossággal kell eljárnia a fuvarozó kiválasztásában.

6. Csomagolás

- 6.1. Az **Eladó** az **Árut** a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

7. Az áru átvétele, tárolása

- 7.1. Az **Áru** fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a **Vevő**, vagy a **Vevő** által kijelölt személy feladata. A **Vevő** kellő időben köteles tájékoztatni az **Eladót** az átvételre jogosult személyéről.
- 7.2. A **Vevő** az **Árut** a fuvarozótól bruttó súly és/vagy darabszám szerint veszi át. Az **Áru**, fuvarozótól történő átvételekor a **Vevő** kizárólag a csomagoláson külsőleg észlelhető



sérülések és hiányosságok esetén köteles a fuvarozóval szemben bejelenteni a kárigényt és erről az **Eladó**t haladéktalanul értesíti. Ha a **Vevő** megítélése szerint szükséges, a (láda) bontásra - a (láda) bontás helyének és időpontjának a megjelölésével - rövid úton meghívja az **Eladó**t, és a rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően az **Eladó** jelenlétében bontja fel a csomagot/ládát. A (láda) bontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a **Felek** jegyzőkönyvet vesznek fel. Ha az **Eladó** a (láda) bontáson az értesítés ellenére nem jelenik meg, a **Vevő** által felvett jegyzőkönyv a **Felek** által együttesen felvett jegyzőkönyvnek minősül.

8. Ellenőrzések és vizsgálatok

- 8.1. A **Vevő** az **Áru** átadás-átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és méréseket annak megállapítása végett, hogy az **Áru** megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak. A vizsgálatok alapját a szerződés technikai specifikációja képezi.
- 8.2. Ha az átadás-átvétel során a **Vevő** azt állapítja meg, hogy az **Áru** nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak, akkor a **Vevő** - a választása szerint - az **Áru** kicserélését, kijavítását vagy az ár megfelelő csökkentését követelheti, és megjelölheti a kicserélés vagy a kijavítás határidejét, az **Eladó** pedig köteles a **Vevő** által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

9. Szavatosság, jótállás, szerviz

- 9.1. Az **Eladó** szavatolja és garantálja, hogy
 - a) az általa a szerződés keretén belül szállított **Áru** az ajánlatában feltüntetettek szerint használatban nem volt, és – hacsak a jelen szerződés másként nem rendelkezik – tartalmazza a legutóbbi összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket,
 - b) a szállított **Áru** alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az **Eladó** vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól,
 - c) a szállított **Áru** a közbeszerzési dokumentációban megjelölt feltételek mellett az **Eladó** ajánlatában megjelölt jótállási időtartama alatt megőrzi a használhatóságát.
- 9.2. A **Vevő** köteles írásban haladéktalanul értesíteni az **Eladó** a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.
- 9.3. A szavatosság, illetve a jótállásnak az **Eladó** ajánlatában megjelölt időtartama alatt az **Eladó**, illetve az **Eladónak** az ajánlatban megjelölt közreműködője a fenti 8.2 pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles a **Vevő** szavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni.
- 9.4. Ha az **Eladó** nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a fenti 9.3 pont szerinti kötelezettségének, akkor a **Vevő** az **Eladó** költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az **Áru** kicserélése vagy kijavítása érdekében.
- 9.5. A szavatossági, illetve garancia idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve garancia idő lejárta után is érvényesíthetők.

BBu

9

- 9.6 A jótállás időtartama:
12 hónap + az ajánlatban vállalt további 12 hónap, **összesen 24 hónap**

Az ellenszolgáltatás tartalmazza a termékek jótállási időn belüli kötelező karbantartásainak **Eladó** általi elvégzését.

- 9.7 Hivatalos magyarországi szerviz: Anamed Kft
A hibabejelentés elérhetőségei:
Telefon: 06-1-220-92-36
Fax: 06-1-221-55-31
E-mail: posta@anamed.hu

- 9.8 Az alkatrész utánpótlást **Eladó** 10 évre vállalja.

- 9.9 A jótállási idő teljes tartama alatt a hibabejelentéstől számítva **Eladó** max. 24 órán belül megkezdi a javítást / hibaelhárítást.

10. Kötbér

- 10.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes teljesítése esetén az **Eladó** az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a **Vevőnek**:

- késedelmi kötbér: ha a szerződésben rögzített határidőre az eszközök átadása olyan okból nem történik meg, amely tekintetében **Eladó** felelős, **Eladó** késedelmi kötbér fizetésére köteles; a kötbér mértéke: a késedelemmel érintett termékek nettó ellenszolgáltatásának 1%-a/nap; kötbérmaximum: 10 napi tétel

A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége nem a szerződésben foglalt minőségben / paramétereknek megfelelően történő teljesítése esetén az **Eladó** (a hiba kijavítása mellett) az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a **Vevőnek**:

- hibás teljesítési kötbér: amennyiben **Eladó** a szerződésben foglalt kötelezettségeit olyan okból nem a szerződésben foglalt követelményeknek megfelelően teljesíti, amiért **Eladó** felelős, **Eladó** a hibás teljesítési késedelmi kötbér fizetésére köteles; a kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett termékek nettó ellenszolgáltatásának 1%-a/nap a hiba kijavításáig terjedő időszakra; kötbérmaximum: 10 napi tétel

- 10.2. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amely tekintetében **Eladó** felelős, **Eladó** meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a nettó ellenszolgáltatás 10%-a

- 10.3. A kötbér kifizetése nem érinti a **Vevő** azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

11. A Vevő elállási joga

- 11.1. A **Felek** megállapodnak, hogy a **Vevő** az **Eladó** 2 hetet meghaladó késedelme esetén jogosult a szerződéstől elállni és az **Eladótól** a kára megtérítését követelni.

BBN

9

- 11.2. A **Vevő** a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
- az **Eladóban** közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - az **Eladó** közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- 11.3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján az **Eladó** nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az **Eladó** adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Az **Eladó** a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a **Vevő** számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a **Vevőt** haladéktalanul értesíti.
- 11.4. A **Vevő** a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az **Eladó** nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az **Eladó** személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

A **Vevő** köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az **Eladó** tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

12. Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek

- 12.1. Az **Eladó** a közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint a saját költségére köteles biztosítani a **Vevő** részére az **Áruk** felhasználásához szükséges engedélyeket, legkésőbb a szállítás megkezdéséig.
- 12.2. Ha az **Eladó** nem magyar gazdálkodó szervezet, a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban adókat és illetékeket az **Eladó** viseli az importált **Áruk** után.

13. Egyéb feltételek

- 13.1. Jelen szerződés mindkét fél részéről történő aláírással lép hatályba. A jelen szerződés csak a Kbt. 141. §-a által megszabott feltételek szerint, a szerződő **Felek** közös megegyezésével, írásos formában módosítható.
- 13.2. A külföldi adóilletőségű **Eladó** köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az **Eladóra** vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 13.3. Az **Eladó** legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a **Vevőnek** valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az **Eladó** a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a **Vevőnek** minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
- 13.4. Minden, a jelen szerződés keretében a **Felek** által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A **Felek** közötti levelezése nyelve: magyar.
- 13.5. A jelen szerződés 4 példányban magyar nyelven készült, amelyből **Eladó** 2 példányt vesz át.
- 13.6. A jelen szerződés mellékletei, valamint az **Eladó** által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, az **Eladó** által benyújtott ajánlat, illetve a közbeszerzési dokumentáció tartalma az irányadó.
- 13.7. A szerződő **Felek** mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erők következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkeztéről, illetve megszüntéről 15 napon belül értesíteni.
- 13.8. A szerződő **Felek** a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, az **Eladó** különösen köteles együttműködni a teljesítés során a **Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.** részéről az átadás-átvétel lebonyolítására kijelölt személyekkel, igazgatókkal.
- 13.9. **Eladó** köteles a szerződés mellékleteként nyilatkozni.
14. **Választott bíróság, alkalmazott jog**

Handwritten signature

Handwritten mark

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő **Felek** megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő **Felek** a vita elbírálása céljából értékhatártól függően kikötik a hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

14.1. A jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény szabályai az Irányadók.

14.2. Jelen szerződést **Felek** elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal látják el.

Jelen Szerződés négy (4), szó szerint megegyező példányban készült.

Budapest, 2019. december 30.



Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Vevő

ANAMED KFT
1144 Budapest, Kőszeg utca 29
Tel.: (1)220-9236 Fax: (1)221-5531
Adószám: 10737956-2-42



Virág Krisztina
cégvezető

Analitikai és Orvosi Műszerkereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
Eladó

Mellékletek:

- Felolvasólap, Ártáblázat
- Műszaki specifikáció, Megajánlott termékek
- Átláthatósági nyilatkozat



AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001301762019/1003

(F60 - Szerződés-kötési , teljesítési szakasz)

A70 - Ajánlat szerződés-kötés/teljesítés alatt

Közbeszerzés tárgya: **(PTS-243) endoszkópos torony és kiegészítők besz.**

Felolvasólap

Ajánlattevő adatai

Hivatalos neve	Anamed Kft.
Székhely irányítószám	1144
Város	Budapest
Cím	Kőszeg Utca 29.
Adószám	10737956242

Felolvasólap

1 nettó ajánlati összár (EUR, előny a kisebb)

94 397

2. (fényforrás) a fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg a fényforrásban (igen / nem, előny a megléte)

Igen

3. az endoszkópok (videogasztrószkóp és videokolonoszkóp) egyetlen vízhatlan (vízzáró sapka nélküli) csatlakozóval csatlakoznak a videó endoszkópos toronyhoz (igen / nem, előny a megléte)

Nem

4. (videogasztrószkóp) a mélységélesség alsó határának az előírtnál alacsonyabb értéke (a maximálisan előírt 4 mm-hez viszonyított csökkentés mértéke, mm, előny a nagyobb mértékű csökkentés)

2

5. (videokolonoszkóp (1)) a mélységélesség alsó határának az előírtnál alacsonyabb értéke (a maximálisan előírt 4 mm-hez viszonyított csökkentés mértéke, mm, előny a nagyobb mértékű csökkentés)

2

6. (videokolonoszkóp (2)) a mélységélesség alsó határának az előírtnál alacsonyabb értéke (a maximálisan előírt 4 mm-hez viszonyított csökkentés mértéke, mm, előny a nagyobb mértékű csökkentés)

2

7. a minimálisan előírt (12 hónap) jótállás felett vállalt többlet jótállás mértéke (a többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 24 hónap, előny a több)

12

a szállítandó eszköz megnevezése	menyiség (db)	nettó egységár (EUR/db)	ÁFA (%)	ÁFA (EUR)	bruttó egységár (EUR/db)	nettó összegár (EUR)	ÁFA (EUR)	bruttó összegár (EUR)
szombat helyi teljesítési helyű tételek								
központi vezérlő egység (processzor)	1	10 116,00 €	27%	2 731,32 €	12 847,32 €	10 116,00 €	2 731,32 €	12 847,32 €
monitor	2	1 940,00 €	27%	523,80 €	2 463,80 €	3 880,00 €	1 047,60 €	4 927,60 €
fényforrás	1	7 165,00 €	27%	1 934,55 €	9 099,55 €	7 165,00 €	1 934,55 €	9 099,55 €
videogastroszkóp	2	12 949,00 €	27%	3 490,23 €	16 445,23 €	25 898,00 €	6 992,46 €	32 890,46 €
videokolonoszkóp (1)	1	14 939,00 €	27%	4 033,53 €	18 972,53 €	14 939,00 €	4 033,53 €	18 972,53 €
videokolonoszkóp (2)	1	14 675,00 €	27%	3 962,25 €	18 637,25 €	14 675,00 €	3 962,25 €	18 637,25 €
készülék állvány	1	3 794,00 €	27%	1 024,38 €	4 818,38 €	3 794,00 €	1 024,38 €	4 818,38 €
nagynyomású öblítő pumpa	1	2 070,00 €	27%	558,90 €	2 628,90 €	2 070,00 €	558,90 €	2 628,90 €
CO2 inszuflátor	1	4 494,00 €	27%	1 213,38 €	5 707,38 €	4 494,00 €	1 213,38 €	5 707,38 €
nagyfrekvenciás vágó	1	2 084,00 €	27%	562,68 €	2 646,68 €	2 084,00 €	562,68 €	2 646,68 €
mobill váladékszívó	1	293,00 €	27%	79,11 €	372,11 €	293,00 €	79,11 €	372,11 €
törmítettségi tesztter	1	330,00 €	27%	89,10 €	419,10 €	330,00 €	89,10 €	419,10 €
egyszerhasználatos Polypectomiás hurok	10	15,00 €	27%	4,05 €	19,05 €	150,00 €	40,50 €	190,50 €
sterilizálható Polypectomiás hurok	1	308,00 €	27%	83,16 €	391,16 €	308,00 €	83,16 €	391,16 €
egyszerhasználatos „Hálós” idegentestfogó	10	55,00 €	27%	14,85 €	69,85 €	550,00 €	148,50 €	698,50 €
90 fokos egyszer használatos Hemoclip (min. 1 doboz/40 db)	40	13,00 €	27%	3,51 €	16,51 €	520,00 €	140,40 €	660,40 €
135 fokos egyszer használatos Hemoclip (min. 1 doboz/40 db)	40	13,00 €	27%	3,51 €	16,51 €	520,00 €	140,40 €	660,40 €
klipprakó applikátor	1	36,00 €	27%	9,72 €	45,72 €	36,00 €	9,72 €	45,72 €
injektor	5	39,00 €	27%	10,53 €	49,53 €	195,00 €	52,55 €	247,55 €
Diatermiás fogó vézréscsillapításhoz	1	208,00 €	27%	56,16 €	264,16 €	208,00 €	56,16 €	264,16 €
OTSC (over-the-scope) klipprakó rendszer	1	21,00 €	27%	5,67 €	26,67 €	21,00 €	5,67 €	26,67 €
endoszkopos jelölő festék	1	279,00 €	27%	75,33 €	354,33 €	279,00 €	75,33 €	354,33 €
heamospray vagy ennek megfelelő (pl. endocloct)	1	448,00 €	27%	120,96 €	568,96 €	448,00 €	120,96 €	568,96 €
coagrasper	1	208,00 €	27%	56,16 €	264,16 €	208,00 €	56,16 €	264,16 €
szegedi teljesítési helyű tételek								
heamospray vagy ennek megfelelő (pl. endocloct)	1	22,00 €	27%	5,94 €	27,94 €	22,00 €	5,94 €	27,94 €
coagrasper	1	360,00 €	27%	97,20 €	457,20 €	360,00 €	97,20 €	457,20 €
OTSC (over-the-scope) klipprakó rendszer	1	569,00 €	27%	153,63 €	722,63 €	569,00 €	153,63 €	722,63 €
endoszkopos jelölő festék	1	265,00 €	27%	71,55 €	336,55 €	265,00 €	71,55 €	336,55 €
összesen	130					94 397,00 €	25 487,19 €	119 884,19 €

Kelt: Budapest, 2019. november 28.


Virág Krisztina
cégvezető

* Az ajánlattevőnek a kék színnel jelölt cellákat kell kitölteni.
** Az ajánlattevőnek a zöld színnel jelölt -cellák adatait kell a felolvasólapra feltüntetni.
*** Amennyiben a megajánlott berendezés a felsoroltakon túl további önálló elem(ek)ből áll, akkor az(oka)t külön sorban fel kell tüntetni az ártáblázatban.


9

1 db endoszkópos torony és tartozékok (teljesítési hely: Szombathely)

paraméter	minim m feltétel	a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből a követelménynek való megfelelése egyértelműen megállapítható ¹
a megajánlott készülék pontos típusa:	kérjük megadni	OPTERA videoendoszkóp rendszer
a megajánlott készülék gyártója:	kérjük megadni	Olympus Medical Systems corp., D&T Inc., EMED SO., CA-MI, Foreseeson Custom Displays, Inc., Olympus KeyMed (Medical and Industrial Equipment) Ltd.
a megajánlott készülék 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti osztályba sorolása:	kérjük megadni	I., IIa., IIb.
a megajánlott áru származási országa (a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az Unió Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályok alapján)	kérjük megadni	Japán, UK, Kórea, USA, Lengyelország, Olaszország
1 db központi vezérlő egység (processzor)		
a megajánlott készülék pontos típusa:	kérjük megadni	CV-170 videoprocesszor/fényforrás 1 db
a megajánlott készülék gyártója:	kérjük megadni	Olympus Medical Systems corp., Foreseeson Custom Displays, Inc
a megajánlott készülék 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti osztályba sorolása:	kérjük megadni	I., IIa.

¹ A megajánlott terméket olyan részletességgel kell meghatározni, hogy abból

- a megajánlott termék egyértelműen beazonosítható legyen;
- egyértelműen megállapítható legyen az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek való megfelelése.

Ennek érdekében a táblázatban meg kell adni a megajánlott termék

- pontos típusát (márkanévét, típusnevét, ezek hiányában a gyártó nevét);
- származási országát (a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az Unió Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályok alapján);
- minden olyan műszaki paraméterét és jellemzőjét, amelyet az ajánlatkérő a megajánlandó termékkel kapcsolatban előírt.

Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott termék nem azonosítható be egyértelműen, akkor – tekintettel arra, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján erre vonatkozóan hiánypótlás elrendelésére nincs lehetőség – az ajánlat érvénytelen.

paraméter	minim m feltétel	a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből a követelménynek való megfelelése egyértelműen megállapítható ¹
a megajánlott áru származási országa (a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az Unió Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályok alapján)	kérjük megadni	Japán, USA
Előírt paraméterek		
Lehet egybeépített és külön épített. Ha külön épített rendszer, akkor azonos széria számú.	Igen, kérjük megadni	IGEN egybeépített rendszer
Színes CCD chipes rendszer	Igen	igen Színes CCD chipes rendszer
HDTV felbontású jelfeldolgozás	Igen	igen HDTV felbontású jelfeldolgozás
HDTV kimenő jelek: SDI, vagy DVI vagy HDMI, min. 2 csatlakozó	Igen, kérjük megadni	IGEN HDTV kimenő jelek: SDI, és DVI 2 csatlakozó
Színállítási lehetőség min. ± 5 lépésben	Igen, kérjük megadni	IGEN Színállítási lehetőség ± 8 lépésben
Fehérszín beállítási lehetőség	Igen	IGEN Fehérszín beállítási lehetőség
Teljes körű magyar nyelvű menürendszer	Igen	IGEN Teljes körű magyar nyelvű menürendszer
Beépített elektronikus képnagyítási lehetőség zoomolás által, min. 1,5-szeres	Igen, kérjük megadni	IGEN Beépített elektronikus képnagyítási lehetőség zoomolás által, 1,5-szeres
Adat és képtárolási lehetőség cserélhető és hordozható USB memórián	Igen	IGEN Adat és képtárolási lehetőség cserélhető és hordozható USB memórián
DICOM funkciók és kapcsolódás lehetősége: Storage, Print, Worklist (MWM), Query/Retrieve	Igen	IGEN DICOM funkciók és kapcsolódás lehetősége: Storage, Print, Worklist (MWM), Query/Retrieve toronyba helyezett külső egységgel (IPS710A)
Páciens adatbeviteli lehetőség billentyűzettel	Igen	IGEN Páciens adatbeviteli lehetőség billentyűzettel
Kép a képen funkció, külső képek (pl. ultrahangos kép) megjelenítésére	Igen	IGEN Kép a képen funkció, külső képek (többek között ultrahangos kép) megjelenítésére
Digitális kimenet megléte (pl. DVI)	Igen	IGEN Digitális kimenet megléte (DVI, SDI)

paraméter	minimális feltétel	a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből a követelménynek való megfelelése egyértelműen megállapítható ¹
A behelyezett endoszkópot azonosító funkció az eszköz adatainak és paramétereinek megjelenítésével	Igen	IGEN A behelyezett endoszkópot azonosító funkció az eszköz adatainak és paramétereinek megjelenítésével
Képkimerevítési funkció	Igen	IGEN Képkimerevítési funkció
A képkimerevítési és mentési funkció használata esetén több képből a legélesebb kiválasztása automatikusan	Igen	IGEN A képkimerevítési és mentési funkció használata esetén több képből a legélesebb kiválasztása automatikusan
2 db színes HDTV LCD monitor		
a megajánlott készülék pontos típusa:	kérjük megadni	FS-L2403D színes HDTV LCD monitor 2 db
a megajánlott készülék gyártója:	kérjük megadni	D&T Inc., Foreseeson Custom Displays, Inc.
a megajánlott készülék 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti osztályba sorolása:	kérjük megadni	I.
a megajánlott áru származási országa (a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az Unió Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályok alapján)	kérjük megadni	Korea
Előírt paraméterek		
medikai kivitel	Igen	IGEN medikai kivitel
képtátréő min. 23"	Igen, kérjük megadni	IGEN képtátréő: 24"
Bemenet: min. 3 SDI, DVI, RGB	Igen, kérjük megadni	IGEN Bemenet: SDI, DVI, RGB, Y/C
meélévő mennyezeti tartóra felszerelve a szükséges kábelekkel	Igen	IGEN a meélévő mennyezeti tartóra felszerelve a szükséges kábelekkel
1 db fényforrás		
a megajánlott készülék pontos típusa:	kérjük megadni	CV-170 videoprocesszor/fényforrás 1 db
a megajánlott készülék gyártója:	kérjük megadni	Olympus Medical Systems corp
a megajánlott készülék 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti osztályba sorolása:	kérjük megadni	IIa.

paraméter	minimum feltétel	a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből a követelménynek való megfelelése egyértelműen megállapítható ¹
a megajánlott áru származási országa (a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az Unió Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályok alapján)	kérjük megadni	Japán
Előírt paraméterek		
Beépített víz-levegő pumpával	Igen	IGEN Beépített víz-levegő pumpával
LED égő	Kérjük megadni a teljesítmény adatait	IGEN LED égő
A levegőáramlás értéke állítható legyen min. 3 fokozatban	Igen, kérjük megadni	IGEN A levegőáramlás értéke állítható 3 fokozatban
Fényerő szabályozási lehetőség manuálisan és automatikus szabályozással is.	Igen	IGEN Fényerő szabályozási lehetőség manuálisan és automatikus szabályozással is.
Lámpa készenléti (stand-by) funkció bekapcsolási lehetőség	Igen	IGEN Lámpa készenléti (stand-by) funkció bekapcsolási lehetőség
A vizsgált terület érezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését, és kiváltja az intravitális festést	Igen	IGEN A vizsgált terület érezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését, és kiváltja az intravitális festést
A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg a fényforrásban.	Előny a megléte Kérjük megadni	IGEN A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg a fényforrásban.
2 db videógasztrószkóp		
a megajánlott készülék pontos típusa:	kérjük megadni	GIF-H170 videógasztrószkóp 2 db
a megajánlott készülék gyártója:	kérjük megadni	Olympus Medical Systems corp
a megajánlott készülék 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti osztályba sorolása:	kérjük megadni	IIa.

paraméter	minimum feltétel	a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből a követelménynek való megfelelése egyértelműen megállapítható ¹
a megajánlott áru származási országa (a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az Unió Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályok alapján)	kérjük megadni	lapán
Előírt paraméterek		
Nagyfelbontású, a HDTV szabványnak megfelelő felbontás	Igen	IGEN Nagyfelbontású, a HDTV szabványnak megfelelő felbontás
Látószög: min. 140°	Igen, kérjük megadni	IGEN Látószög: 140°
Bevezető cső külső átmérő: max. 9,3 mm	Igen, kérjük megadni	IGEN Bevezető cső külső átmérő: 9,2 mm
Hajlíthatóság, fel/le: min. 210°/90°	Igen, kérjük megadni	IGEN Hajlíthatóság, fel/le: 210°/90°
Hajlíthatóság, bal/jobbr: min. 90°/90°	Igen, kérjük megadni	IGEN Hajlíthatóság, bal/jobbr: 100°/100°
Munkacsatorna átmérő: min. 2,8 mm	Igen, kérjük megadni	IGEN Munkacsatorna átmérő: 2,8 mm
Munkahossz: min. 1000 mm	Igen, kérjük megadni	IGEN Munkahossz: 1030 mm
A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését, és kiváltja az intravitális festést	Igen	IGEN A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését, és kiváltja az intravitális festést
Az endoszkóp egyetlen vízhatlan (vízzáró sapka nélküli) csatlakozóval csatlakozik a videó endoszkópos toronyhoz	Előny a megléte Kérjük megadni	NEM

ktan

paraméter	minim um feltétel	a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből a követelménynek való megfelelése egyértelműen megállapítható ¹
A mélységélesség alsó határa max. 4 mm	Előny a kisebb Igen, kérjük megadni	igen A mélységélesség alsó határa: 4 mm – 2 mm csökkentés = 2 mm
1 db videókolonoszkóp (1)		
a megajánlott készülék pontos típusa:	kérjük megadni	CF-H170I videokolonoszkóp 1 db
a megajánlott készülék gyártója:	kérjük megadni	Olympus Medical Systems corp
a megajánlott készülék 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti osztályba sorolása:	kérjük megadni	IIa.
a megajánlott áru származási országa (a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az Unió Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályok alapján)	kérjük megadni	Japán
Előírt paraméterek		
Nagyfelbontású, a HDTV szabványnak megfelelő felbontás	Igen	IGEN Nagyfelbontású, a HDTV szabványnak megfelelő felbontás
Látószög: min. 140°	Igen, kérjük megadni	IGEN Látószög: 140°
Bevezető cső külső átmérő: max. 13,2 mm	Igen, kérjük megadni	IGEN Bevezető cső külső átmérő: 12,8 mm
Hajlíthatóság, fel/le: min. 180°/180°	Igen, kérjük megadni	IGEN Hajlíthatóság, fel/le: 180°/180°
Hajlíthatóság, bal/jobbs: min. 160°/160°	Igen, kérjük megadni	IGEN Hajlíthatóság, bal/jobbs: 160°/160°
Munkacsatorna átmérő: min. 3,7 mm	Igen, kérjük megadni	IGEN Munkacsatorna átmérő: 3,7 mm
Munkahossz: min. 1300 mm	Igen, kérjük megadni	IGEN Munkahossz: 1330 mm

paraméter	minimum feltétel	a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből a követelménynek való megfelelése egyértelműen megállapítható ¹
A vizsgált terület érezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését, és kiváltja az intravitális festést	Igen	IGEN A vizsgált terület érezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését, és kiváltja az intravitális festést
A vizsgáló által változtatható merevségű bevezető cső	Igen	IGEN A vizsgáló által változtatható merevségű bevezető cső
Az endoszkóp egyetlen vízhatlan (vízzáró sapka nélküli) csatlakozóval csatlakozik a videó endoszkópos toronyhoz	Előny a megléte Kérjük megadni	NEM
A mélységélesség alsó határa max. 4 mm	Előny a kisebb Igen, kérjük megadni	igen A mélységélesség alsó határa: 4 mm – 2 mm csökkentés = 2 mm
1 db videókolonoszkóp (2)		
a megajánlott készülék pontos típusa:	kérjük megadni	CF-H170L videokolonoszkóp 1 db
a megajánlott készülék gyártója:	kérjük megadni	Olympus Medical Systems corp
a megajánlott készülék 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti osztályba sorolása:	kérjük megadni	IIa.
a megajánlott áru származási országa (a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az Unió Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályok alapján)	kérjük megadni	Japán
Előírt paraméterek		
Nagyfelbontású, a HDTV szabványnak megfelelő felbontás	Igen	IGEN Nagyfelbontású, a HDTV szabványnak megfelelő felbontás
Látószög: min. 140°	Igen, kérjük megadni	IGEN Látószög: 140°

btk

16.

4

paraméter	minim m feltétel	a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből a követelménynek való megfelelése egyértelműen megállapítható ¹
Bevezető cső külső átmérő: max. 13,2 mm	Igen, kérjük megadni	IGEN Bevezető cső külső átmérő: 12,8 mm
Hajlíthatóság, fel/le: min.180°/180°	Igen, kérjük megadni	IGEN Hajlíthatóság, fel/le: 180°/180°
Hajlíthatóság, bal/jobbs: min. 160°/160°	Igen, kérjük megadni	IGEN Hajlíthatóság, bal/jobbs: 160°/160°
Munkacsatorna átmérő: min. 3,7 mm	Igen, kérjük megadni	IGEN Munkacsatorna átmérő: 3,7 mm
Munkahossz: min. 1600 mm	Igen, kérjük megadni	IGEN Munkahossz: 1680 mm
A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését, és kiváltja az intravitális festést	Igen	IGEN A vizsgált terület erezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció, amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését, és kiváltja az intravitális festést
A vizsgáló által változtatható merevségű bevezető cső	Igen	IGEN A vizsgáló által változtatható merevségű bevezető cső
Az endoszkóp egyetlen vízhatlan (vízzáró sapka nélküli) csatlakozóval csatlakozik a videó endoszkópos toronyhoz	Előny a megléte Kérjük megadni	NEM
A mélységélesség alsó határa max. 4 mm	Előny a kisebb Igen, kérjük megadni	IGEN A mélységélesség alsó határa: 4 mm – 2 mm csökkentés = 2 mm
1 db készülék állvány		
a megajánlott készülék pontos típusa:	kérjük megadni	TC-C4 endoszkópos állvány 1 db
a megajánlott készülék gyártója:	kérjük megadni	Olympus KeyMed (Medical and Industrial Equipment) Ltd.
a megajánlott készülék 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti osztályba sorolása:	kérjük megadni	I.

blan

paraméter	minim m feltétel	a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből a követelménynek való megfelelése egyértelműen megállapítható ¹
a megajánlott áru származási országa (a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az Unió Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályok alapján)	kérjük megadni	UK
Előírt paraméterek		
A megajánlott endoszkópos rendszer biztonságos tárolására	Igen	IGEN A megajánlott endoszkópos rendszer biztonságos tárolására
Gördíthető, négy kerékkel rendelkező, melyből min. két kerék fékezhető.	Igen, kérjük megadni!	IGEN Gördíthető, négy kerékkel rendelkező, melyből két kerék fékezhető.
Hálózati csatlakozó sávval ellátott beépített leválasztó transzformátor	Igen	IGEN Hálózati csatlakozó sávval ellátott beépített leválasztó transzformátor
Endoszkóp felfüggesztő tartó kar	Igen	IGEN Endoszkóp felfüggesztő tartó kar
Polcok száma min. 3	Igen, kérjük megadni!	IGEN Polcok száma: 4
1 db nagynyomású öblítő pumpa		
a megajánlott készülék pontos típusa:	kérjük megadni	OFP-2 nagynyomású öblítő pumpa 1 db
a megajánlott készülék gyártója:	kérjük megadni	Olympus KeyMed (Medical and Industrial Equipment) Ltd.
a megajánlott készülék 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti osztályba sorolása:	kérjük megadni	IIa.
a megajánlott áru származási országa (a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az Unió Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályok alapján)	kérjük megadni	UK
Előírt paraméterek		
Csatlakoztatható az itt megajánlott kolonoszkópokhoz	Igen	IGEN Csatlakoztatható az itt megajánlott kolonoszkópokhoz

paraméter	minimu m feltétel	a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből a követelménynek való megfelelése egyértelműen megállapítható ¹
Lábpédálos működtetés	Igen	IGEN Lábpédálos működtetés
Súly max. 5kg	Igen	IGEN Súly: 4kg
Változtatható erősségű vízadagolás	Igen	IGEN Változtatható erősségű vízadagolás
1 db szén-dioxid inszuflátor		
a megajánlott készülék pontos típusa:	kérjük megadni	UCR szén-dioxid inszuflátor 1 db
a megajánlott készülék gyártója:	kérjük megadni	Olympus Medical systems Corp
a megajánlott készülék 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti osztályba sorolása:	kérjük megadni	IIa.
a megajánlott áru származási országa (a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az Unió Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályok alapján)	kérjük megadni	Japán
Előírt paraméterek		
A vizsgálatok alatti és utáni fájdalmak csökkentésére	Igen	IGEN A vizsgálatok alatti és utáni fájdalmak csökkentésére
Az endoszkópos állványra helyezhető kivitelben	Igen	IGEN Az endoszkópos állványra helyezhető kivitelben
A palackban levő gáz mennyiségének folyamatos kijelzése	Igen	IGEN A palackban levő gáz mennyiségének folyamatos kijelzése
1 db nagyfrekvenciás vágó		
a megajánlott készülék pontos típusa:	kérjük megadni	ES-120 nagyfrekvenciás vágó 1 db
a megajánlott készülék gyártója:	kérjük megadni	EMED SP.
a megajánlott készülék 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti osztályba sorolása:	kérjük megadni	IIb.

paraméter	minim m feltétel	a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből a követelménynek való megfelelése egyértelműen megállapítható ¹
a megajánlott áru származási országa (a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az Unió Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályok alapján)	kérjük megadni	Lengyelország
Előírt paraméterek		
Alkalmas monopoláris vágásra/koagulálásra, és bipoláris koagulálásra	Igen	IGEN Alkalmas monopoláris vágásra/koagulálásra, és bipoláris koagulálásra
Alkalmas legyen a szöveti ellenállás folyamatos figyelésére	Igen	IGEN Alkalmas a szöveti ellenállás folyamatos figyelésére
Fóliatasztatúrás vagy érintőképernyős kezelő szervek	Igen	IGEN Fóliatasztatúrás kezelő szervek
Minimum 2 db kimenettel rendelkezzen	Igen	IGEN 2 db kimenettel rendelkezik
Önteszt végzése bekapcsoláskor	Igen	IGEN Önteszt végzése bekapcsoláskor
Defibrillátor védelemmel ellátott	Igen	IGEN Defibrillátor védelemmel ellátott
Utolsó beállítás megtartása, újra bekapcsoláskor	Igen	IGEN Utolsó beállítás megtartása, újra bekapcsoláskor
Vágási üzemmódok száma min 2	Igen	IGEN Vágási üzemmódok száma: 2
Vágási teljesítmény igény min. 120 W legalább egy üzemmódban	Igen, kérjük megadni!	IGEN Vágási teljesítmény 120 W legalább egy üzemmódban
Kevert vágás	Igen	IGEN Kevert vágás
Tiszta vágás	Igen	IGEN Tiszta vágás
Koagulálási üzemmódok száma min. 2	Igen	IGEN Koagulálási üzemmódok száma: 2
Monopoláris: Softkoag, Forcedkoag	Igen	IGEN Monopoláris: Softkoag, Forcedkoag
Bipoláris: Standard bipoláris koaguláció	Igen	IGEN Bipoláris: Standard bipoláris koaguláció
Beállított paraméterek folyamatos monitorozása	Igen	IGEN Beállított paraméterek folyamatos monitorozása
Monopoláris koagulációs Teljesítmény min. 80W legalább egy üzemmódban	Igen, kérjük megadni!	IGEN Monopoláris koagulációs Teljesítmény 80W több üzemmódban

1 db mobil szívó berendezés		
a megajánlott készülék pontos típusa:	kérjük megadni	New Askir 30 mobil szívó berendezés
a megajánlott készülék gyártója:	kérjük megadni	CA-MI srl
a megajánlott készülék 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti osztályba sorolása:	kérjük megadni	IIa
a megajánlott áru származási országa (a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az Unió Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályok alapján)	kérjük megadni	Olaszország
Előírt paraméterek		
Hordozható kivitel	Igen	IGEN Hordozható kivitel
Vákuum min. 600 Hgmm	Igen, kérjük megadni!	IGEN Vákuum: 600 Hgmm
Szívási teljesítmény min. 25 liter/perc	Igen, kérjük megadni!	IGEN Szívási teljesítmény: 40 liter/perc
Váladékgyűjtő tartály	Igen	IGEN Váladékgyűjtő tartály
Kiegészítők		
Tömítettségi teszter az endoszkópok vízhatlansági tesztjéhez	Igen	IGEN Tömítettségi teszter az endoszkópok vízhatlansági tesztjéhez (MB-155)
10 db Egyszerhasználatos Polypectomiás hurok – 22 – 25 mm ovális, munkahossza 2000 – 2300 mm	Igen, kérjük megadni!	IGEN 10 db Egyszerhasználatos Polypectomiás hurok 25 mm ovális, munkahossza 2300 mm (SD-210U-25)
1 db sterilizálható Polypectomiás hurok – 22 – 25 mm ovális, munkahossza 2000 – 2300 mm	Igen, kérjük megadni!	IGEN 1 db sterilizálható Polypectomiás hurok 25 mm ovális, munkahossza 2300 mm (SD-9U-1)
10 db Egyszerhasználatos „Hálós” idegentestfogó, 230 cm	Igen, kérjük megadni!	IGEN 10 db Egyszerhasználatos „Hálós” idegentestfogó, 230 cm (X-TRAC)
min. 1 dob/40 db 90 fokos egyszer használatos Hemoclip	Igen, kérjük megadni!	IGEN 1 dob/40 db 90 fokos egyszer használatos Hemoclip (HX-610-090)
min. 1 dob/40 db 135 fokos egyszer használatos Hemoclip	Igen, kérjük megadni!	IGEN 1 dob/40 db 135 fokos egyszer használatos Hemoclip (HX-610-135)

kliprakó aplikátor, bevezető katéter hossza: min. 2300 mm	Igen	IGEN kliprakó aplikátor, bevezető katéter hossza: 2300 mm (HX-810UR)
injektor 5 db	igen	IGEN injektor 5 db (NM-610U-0423)
Diathermiás fogó vérzéscsillapításhoz	Igen	IGEN Diathermiás fogó vérzéscsillapításhoz (FD-412LR)
Endoszkóp disztális végére illeszthető OTSC (over-the-scope) kliprakó rendszer fisztulák, perforációk zárására disztális sapkával, elsütő mechanikával. Alkalmas min. 6 mm szövetmélységig, 2 cm méretű fisztula vagy perforáció zárására	Igen, kérjük megadni!	IGEN Endoszkóp disztális végére illeszthető OTSC (over-the-scope) kliprakó rendszer fisztulák, perforációk zárására disztális sapkával, elsütő mechanikával. Alkalmas 6 mm szövetmélységig, 2 cm méretű fisztula vagy perforáció zárására
endoscopos jelölő festék	Igen	IGEN endoscopos jelölő festék (Spot-ex)
1 db heamospray vagy ennek megfelelő (pl. endoclot)	Igen, kérjük megadni!	IGEN 1 db Haemospray
1 db coagrasper	Igen	IGEN 1 db coagrasper (FD-411UR)
Egyéb feltételek		
magyar nyelvű kezelési utasítás megléte	igen	IGEN magyar nyelvű kezelési utasítás megléte
CE tanúsítvány megléte minden összetevőre	igen	IGEN CE tanúsítvány megléte minden összetevőre

Kelt: Budapest, 2019. november 28.

ANACELL KFT.
1144 Budapest, Köcsög u. 25
Tel.: (1) 220-9236 Fax: (1) 221-5531
Adószám: 10737956-2-42
S-3

Virág Krisztina
cégvezető

tartozékok (teljesítési hely: Szeged)

paraméter	minimális feltétel	a megajánlott berendezés adatai olyan részletességgel, amelyből a követelménynek való megfelelése egyértelműen megállapítható²
Kiegészítők		
1 db heamospray vagy ennek megfelelő (pl. endoclot)	Igen, kérjük megadni!	IGEN 1 db heamospray
1 db coagrasper	Igen	IGEN 1 db coagrasper (FD-411UR)
Endoszkóp disztális végére illeszthető OTSC (over-the-scope) kliprakó rendszer fisztulák, perforációk zárására disztális sapkával, elsütő mechanikával. Alkalmas min. 6 mm szövetmélységig, 2 cm méretű fisztula vagy perforáció zárására	Igen, kérjük megadni!	IGEN Endoszkóp disztális végére illeszthető OTSC (over-the-scope) kliprakó rendszer fisztulák, perforációk zárására disztális sapkával, elsütő mechanikával. Alkalmas 6 mm szövetmélységig, 2 cm méretű fisztula vagy perforáció zárására
endoscopos jelölő festék	Igen	IGEN endoscopos jelölő festék(Spot-ex)
Egyéb feltételek		
magyar nyelvű kezelési utasítás megléte	igen	IGEN magyar nyelvű kezelési utasítás megléte
CE tanúsítvány megléte minden összetevőre	igen	IGEN CE tanúsítvány megléte minden összetevőre

Kelt: Budapest, 2019. november .



Virág Krisztina
cégvezető

ANAMED KFT.
1144 Budapest, Kossuth u. 29.
Tel.: (1) 220 9200 - Fax: (1) 221-6631
Adószám: 10737916-2-42
0-3

² A megajánlott terméket olyan részletességgel kell meghatározni, hogy abból

- a megajánlott termék egyértelműen beazonosítható legyen;
- egyértelműen megállapítható legyen az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek való megfelelése.

Ennek érdekében a táblázatban meg kell adni a megajánlott termék

- pontos típusát (márkanévét, típusnevét, ezek hiányában a gyártó nevét);
- származási országát (a 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet és az Unió Vámcodekx létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályok alapján);
- minden olyan műszaki paraméterét és jellemzőjét, amelyet az ajánlatkérő a megajánlandó termékkel kapcsolatban előírt.

Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott termék nem azonosítható be egyértelműen, akkor – tekintettel arra, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján erre vonatkozóan hiánypótlás elrendelésére nincs lehetőség – az ajánlat érvénytelen.




NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet
fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről

Alulírott Virág Krisztina, mint a(z) Analitikai és Orvosi Műszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29., adószám: 10737956-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-164933), cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

arról, hogy a(z) Analitikai és Orvosi Műszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja¹ alapján átlátható szervezetnek minősül.

Budapest, 2019. december 30.

ANAMED KFT
1144 Budapest, Kőszeg utca 29
Tel.: (1)220-9236 Fax: (1)221-5531
Adószám: 10737956-2-42
2.

.....
Virág Krisztina
cégvezető

¹ **3. § (1)** E törvény alkalmazásában

1. **átlátható szervezet:**

a)³ az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba)⁴ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba)*,

bb) és *bc)* alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

